



Reg. No. 226/I-029

SPRÁVA Z INŠPEKCIÉ KONTINUÁLNEHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU ZISŤOVANIA KONCENTRÁCIE A HMOTNOSTNÉHO TOKU N₂O

Prevádzkovateľ predmetu inšpekcie:

Názov: Duslo, a.s.

Adresa: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

Inštalácia predmetu inšpekcie: spalinovod výroby kyseliny dusičnej, KD-2

Predmet inšpekcie: Servomex, Xentra 4100, výr. č. 4100 C1-400

Kurz Instruments, Inc., K-BAR 2000B-HT, výr. č. 1793 A1-A3

Číslo a dátum zmluvy/obj.: Zmluva o dielo č. 2618562611 zo dňa 01.10.2018

Akreditovaný inšpekčný orgán:

Názov: EKO-TERM SERVIS s. r. o.

Adresa: Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice

IČO: 31 695 671

Osvedčenie o akreditácii: Podľa osvedčenia o akreditácii č. I-029, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou, je inšpekčný orgán spôsobilý vykonávať inšpekciu emisných automatizovaných meracích systémov (AMS) a mobilných emisných meracích systémov (EMS).

Inšpektor: Ing. Miloš Varga

Dni výkonu inšpekcie: 26.11. - 27.11.2018

Subdodávateelia inšpekcie:

Názov: EKO-TERM SERVIS s. r. o.

Adresa: Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice

IČO: 31 695 671

Spôsobilosť laboratória: skúšobné laboratórium

Osvedčenie o akreditácii: S-188

Podľa osvedčenia o akreditácii č. S-188 je skúšobné laboratórium spôsobilé vykonávať skúšky emisných automatizovaných meracích systémov (AMS) a mobilných emisných meracích systémov (EMS).

Vedúci technik: Ing. Miloš Varga

Ďalší pracovníci subdodávateľa: Tomáš Pavlo

Ing. Maroš Kožej

EKO-TERM SERVIS s. r. o.

Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice

31 695 671

kalibračné laboratórium

K-071

Podľa osvedčenia o akreditácii č. K-071 je kalibračné laboratórium spôsobilé vykonávať kalibrácie emisných automatizovaných meracích systémov (AMS) a mobilných emisných meracích systémov (EMS).

Ing. Miloš Varga

Číslo a dátum zmluvy/obj.:

Skúšky a kalibrácie AMS vykonalo skúšobné a kalibračné laboratórium EKO-TERM SERVIS s.r.o. formou internej subdodávky pre inšpekčný orgán.

SYMBOLY A SKRATKY**Symboly**

SA štandardná odchýlka (AMS), AMS celková charakteristika

Skratky

AMS	Automatizovaný merací systém, (Automated Measuring System) tiež AMS
AMS	Kontinuálny emisný merací systém (Continuous Emission Measuring System), tiež AMS
CEN	Európsky výbor pre normalizáciu (Comité Européen de Normalisation)
(C)RM	(Certifikovaný) referenčný materiál (Certified) Reference Material
EQ	Emisná veličina (Emission Quantity (measurand))
QAL	Úroveň zabezpečovania kvality (Quality Assurance Level)
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization)
SRM	Štandardná referenčná metóda (Standard Reference Method)

PRÍLOHY

Príloha č.	Názov	Počet strán
1	Plán inšpekcie AMS	2
2	Prehľad posúdenia súladu s požiadavkami na nepretržité monitorovanie emisií skleníkových	4
3	Prevádzkové údaje technológie počas merania	1
Σ		7

Neoddeliteľnou prílohou tejto správy sú Protokol zo skúšky kontinuálneho monitorovacieho systému č. 525/2018_S, Kalibračný certifikát č. 128/2018/K a Kalibračný certifikát č. 129/2018/K.

1 CIEĽ INŠPEKCIÉ

Na základe výsledkov inšpekcie a subdodávok overiť splnenie normatívnych požiadaviek AMS inštalovaného na spalinovode výroby kyseliny dusičnej KD2 podľa plánu uvedeného v prílohe č. 1.

Overované zložky: Postup AST - koncentrácia N₂O, O₂, objemový prietok

2 PREDMET INŠPEKCIÉ

2.1 AUTOMATICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

Všeobecne

Na kontrolu vypúštaných emisií a ich množstva do atmosféry z výroby je nainštalovaný automatický monitorovací systém emisií (ďalej len „AMS-E“). AMS slúži na meranie emisií skleníkového plynu (N₂O), referenčných a stavových veličín (O₂, teplota, tlak odpadového plynu) a prietoku spalín.

Systém obsahuje vyhrievanú vzorkovaci sondu, vyhrievanú vzorkovaci trasu a čerpadlo, vyhrievané filtre, analyzátor N₂O, meranie tlaku, teploty a prietokomer.

Merací rozsah analyzátoru je zvolený v závislosti na reálne meraných koncentráciach tak, aby hodnoty rozšírenej neistoty U_c splnili podmienky QAL1 podľa STN ISO 14956. Tento prístroj spĺňa svojimi parametrami a použitým meracím princípom všetky technické požiadavky platných noriem. Snímače teploty a tlaku spalín sú inštalované v blízkosti odberovej sondy plynnej vzorky.

Zber dát v objekte AMS-E a sparovanie dát je realizované vo vyhodnocovacom počítači.

Meranie koncentrácie N₂O a O₂

Pre meranie slúži monitorovací systém pracujúci extraktívou metódou s odstránením vlhkosti zo vzorky. Pri tejto metóde sa vzorka kontinuálne odoberá zo spalinovodu, dopravuje do systému pre úpravu, kde sa zbaví vlhkosti a ďalej postupuje do analyzátoru, kde prebieha meranie.

Pre odber vzorky slúži odberová sonda s vyhrievaným keramickým filtrom pevných častic (0,5 µm) typu PFE3 umiestneným v ochrannej skrinke. Dopravu vzorky zabezpečuje vyhrievané vedenie s trubkou PTFE 8x1 mm a výkonom ohrevu 60 W/m. Aby nedošlo ku kondenzácii vzorky, jej teplota sa pri doprave udržiava na hodnote 160 °C, čo zodpovedá teplote spalín v mieste merania. V objekte AMS-E vstupuje vzorka z vyhrievaného vedenia do chladiča, kde sa z nej odstráni vlhkosť a ďalej cez filtro pevných častic a aerosolu a analyzátoru. Dopravu vzorky zabezpečuje vibračné membránové čerpadlo. V plynovej ceste je neustále monitorovaný prietok vzorky a tiež výskyt kondenzátu. Nízky prietok vzorky niektorou z vetiev analyzátoru je signalizovaný ako porucha prietoku. V prípade výskytu kondenzátu dôjde k vypnutiu čerpadla a tento stav je signalizovaný ako porucha. Všetky poruchové stavy plynovej cesty a analyzátoru sú signalizované lokálne v objekte AMS-E a taktiež na vyhodnocovacom počítači na dozorni.

Pre meranie koncentrácie N₂O je použitý analyzátor výrobcu Servomex, typ Xentra 4100. Využíva NDIR infračervený optický merací princíp. Overenie a nastavenie nuly sa realizuje okolitým vzduchom. Overenie a nastavenie rozsahu jednotlivých meraných veličín sa realizuje pomocou tlakovéj nádoby s referenčným materiálom (kalibračným plynom).

Pre meranie koncentrácie O₂ je použitý analyzátor výrobcu Servomex, typ Xentra 4100. Využíva paramagnetický merací princíp. Overenie a nastavenie nuly sa realizuje pomocou tlakovéj nádoby s referenčným materiálom (kalibračným plynom). Overenie a nastavenie rozsahu jednotlivých meraných veličín sa realizuje pomocou okolitého vzduchu.

Meranie prietoku spalín

Prietok spalín je meraný sondou pracujúcou na ultrazvukovom princípe.

Signál 4 - 20 mA zo snímača diferenčného tlaku je privedený do PC, kde prebieha prepočet na prietok v štandardných stavových podmienkach (0 °C; 101,3 kPa).

2.1.1 AMS PRE MONITOROVANIE N₂O, O₂ A OBJEMOVÉHO PRIETOKU

Parameter	Hodnota	
Monitorovaná zložka	N ₂ O	O ₂
Merací princíp	NDIR	Paramagnetický
Meracia metóda	odberová - extraktívna s odstránením vlhkosti zo vzorky	
Výrobca	Servomex Group Ltd., England	
Typ, modul	Xentra 4100	
Výr. č. modulu	4100 C1-400	
Merací rozsah	0 – 2000 ppm	0 - 25 obj.%.
Analógové výstupy	4 - 20 mA	

Parameter	Hodnota
Monitorovaná zložka	Objemový prietok
Merací princíp	termovodivostný
Meracia metóda	bezodberová - in-situ
Výrobca	Kurz Instruments, Inc.
Typ	K-BAR 2000B-HT
Výr. č.	1793 A1-A3
Merací rozsah	0 - 30 m/s
Analógové výstupy	4 - 20 mA

2.1.2 AMS PRE MONITOROVANIE STAVOVÝCH VELIČÍN (TEPLOTA, TLAK)

Meranie teploty spalín je snímačom Pt100 s prevodníkom na 4 ÷ 20 mA. Merací rozsah: 0 - 500 °C.

Meranie tlaku spalín je snímačom absolútneho tlaku s výstupom 4 ÷ 20 mA. Merací rozsah: 90 - 110 kPa.

2.1.3 SYSTÉM VYHODNOTENIA EMISNÝCH HODNÔT

Je vybavený analógovými a binárnymi vstupmi a výstupmi a sériovým portom RS232 pre komunikáciu s PC. Spracovanie dát sa realizuje v existujúcom PC, ktorý je umiestnený na dozorní. Vyhodnocovací softvér pracuje pod OS WINDOWS. Dáta sú archivované na dvoch pevných diskoch.

Spracovateľská časť zabezpečuje spracovanie nameraných údajov. Systém pri výpadku meracieho systému (napr. výpadok napájania) bez zásahu obsluhy nadväzuje na predchádzajúce meranie bez poškodenia databázy. Pri reštarte systému sa obnovujú všetky konfigurácie a stavy, ktoré boli v dobe jeho zastavenia. Informácie o zastavení, štarte a reštarte systému sa zaznamenávajú a je možné ich kedykoľvek zobrazit.

Softvér vytvára protokoly z kontinuálneho monitorovania emisií – denné, mesačné a ročné protokoly, ako aj prípadové protokoly, ktoré zahrňujú aj zmeny konfigurovatelných parametrov AMS so zaznamenávaním času a užívateľa, ktorý zmenu vykonal.

Jednotlivé priemerné hodnoty sú v protokoloch označené symbolmi.

Množstvo emisie za kalendárny rok sa zisťuje ako suma hmotnosti emisie ZL za jednotlivé dni.

2.2 MERACIE MIESTO A UMIESTNENIE AMS

2.2.1 MERACIE MIESTO

Meracie miesta kontinuálneho emisného meracieho systému sú inštalované na kovovom potrubí o priereze 1,5218 m².

Splňa požiadavky normy STN 15259. Na tom istom úseku potrubia boli vykonané porovnávacie merania.

Meranie prietoku bolo overované na horizontálnej časti potrubia, pričom AMS meria prietok na zvislej časti potrubia.

2.2.2 PRACOVNÁ PLOŠINA A ZABEZPEČENIE MIESTA MERANIA

Prístup na pracovnú plošinu je pomocou rebríka.

Šírka plošiny je postačujúca pre manipuláciu s odberovými sondami a bezpečný pohyb obsluhy.

Prívod elektriny nie je inštalovaný.

2.2.3 ODBER VZORIEK

Vzorka odpadového plynu sa odoberá z jedného bodu. Odberová trasa pozostáva z vyhrievanej nerezovej sondy s prachovým filtrom, z vyhrievanej teflónovej hadice a systému úpravy vzorky plynu umiestnenom v klimatizovanom kontajneri AMS.

3 OPIS PREVÁDZKY

3.1 CHARAKTER PREVÁDZKY

Kyselina dusičná sa vyrába kombinovanou metódou a monotlakou metódou výroby.

Stupeň technologického procesu:

- Oxidácia amoniaku na platinovo-rhódiovom katalyzátore na oxid dusnatý,
- Oxidácia oxidu dusnatého na oxid dusičitý,
- Absorbcia oxidu dusičitého vo vode za vzniku kyseliny dusičnej,
- Opakováná oxidácia oxidu dusnatého a absorpcia oxidu dusičitého,
- Selektívna katalytická redukcia oxidov dusíka.

3.2 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Spôsoby prevádzky: nábeh, bežný prevádzkový režim, odstávka.

Na KD2 začína kampaň ak teplota v N10A/N10B prekročí hodnotu 840 °C.

3.3 POUŽITÉ PALIVÁ A SUROVINY

Vstupy do prevádzky: kvapalný amoniak, vodík, dusík, hydroxid sodný, silikagel, hydrazín, fosforečnan sodný.
Výstupy z prevádzky: kyselina dusičná, emisie do ovzdušia, odpady.

3.4 ODLUČOVACIE SYSTÉMY ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

Primárne zariadenie na znižovanie emisií je selektívna katalytická redukcia oxidov dusíka plynným amoniakom na katalyzátore.

4 VÝSLEDKY INŠPEKCIÉ

Zhrnutie výsledkov Skúšobného laboratória:

Zložka	Normatívne pracovné charakteristiky a technické požiadavky	Hodnotenie
N ₂ O	STN EN ISO 21258 / STN EN 15267-3 / STN EN 14181	Zhoda ¹⁾
O ₂	STN ISO 12039 / STN EN 15267-3 / STN EN 14181	Zhoda ¹⁾
rýchlosť	STN EN ISO 16911-2 / STN ISO 14164 / STN EN 15267-3 / STN EN 14181	Zhoda ¹⁾

¹⁾ Podrobnejšie výsledky sú uvedené v „Protokol zo skúšky kontinuálneho monitorovacieho systému č. 525/2018_S“.

Zhrnutie výsledkov Kalibračného laboratória:

Zložka	Normatívne pracovné charakteristiky a technické požiadavky	Hodnotenie
N ₂ O	STN ISO 11095	Zhoda ²⁾
O ₂	STN ISO 11095	Zhoda ²⁾
rýchlosť	STN EN ISO 16911-1	Zhoda ²⁾

²⁾ Podrobnejšie výsledky sú uvedené v „Kalibračný certifikát č. 128/2018/K a Kalibračný certifikát č. 129/2018/K“.

Zhrnutie výsledkov Inšpekčného orgánu:

Prehľad plnenia požiadaviek na nepretržité monitorovanie emisií skleníkových plynov podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a vykazovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87 / ES Rady

Predpis	Odkaz	Hodnotenie
Člán. 42, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 42, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 42, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 42, bod 2.		Zhoda ³⁾
Člán. 43, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 43, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 43, bod 3.		-
Člán. 43, bod 4.		Zhoda ³⁾
Člán. 43, bod 5.		-
Člán. 44, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 44, bod 1.		-
Člán. 44, bod 2.		Zhoda ³⁾
Člán. 45, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 45, bod 2.		-
Člán. 45, bod 3.		Zhoda ³⁾
Člán. 45, bod 3.		Zhoda ³⁾
Člán. 45, bod 4.		-
Člán. 46		-
Člán. 58, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 58, bod 2.		Zhoda ³⁾
Člán. 58, bod 3.		Zhoda ³⁾
Člán. 58, bod 4.		-
Člán. 59, bod 1.		-
Člán. 59, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 59, bod 1.		Zhoda ³⁾
Člán. 59, bod 2.		-
Člán. 60		-
Člán. 60		-
Príl. VIII		-

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a vykazovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87 / ES Rady

³⁾ Podrobnejšie výsledky sú uvedené v „Príloha č. 2“.

5 INŠPEKČNÉ METÓDY

Metóda	Názov
STN EN 14181	Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a vykazovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87 / ES Rady.	
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách. Osobitné ustanovenia pre spaľovacie zariadenia.	

6 DÔVERYHODNOSŤ INŠPEKcie A DISKUSIA

6.1 ČASOVÝ ROZVRH INŠPEKcie

Inšpekcia merania množstva vypusteného N₂O bola vykonaná v dňoch 26.11. - 27.11.2018.

Plán inšpekcie je uvedený v prílohe č. 1.

6.2 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POČAS INŠPEKcie

6.2.1 PRODUKCIA, PREVÁDZKA

Dôležité prevádzkové parametre: množstvo vyrobenej kyseliny dusičnej 53 t/h (priemerná hodnota 59 % HNO₃ od 26.11. - 27.11.2018). Podrobnejšie údaje sú uvedené v prílohe č. 3.

6.2.2 ODCHÝLKY OD BEŽNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK

Prevádzka bola počas merania prevádzkovaná v stabilných podmienkach.

7 VYHLÁSENIE O ZHODE

7.1 VYHODNOTENIE ZHODY SO ŠPECIFIKÁCIOU

Skúšobné a kalibračné laboratórium EKO-TERM SERVIS s.r.o. vykonalo verifikáciu AST automatizovaného meracieho systému. Verifikácia bola vykonaná v dňoch 26.11. - 27.11.2018.

Na základe výsledkov paralelných meraní a funkčných skúšok EKO-TERM SERVIS s.r.o. potvrdzuje nasledujúce vyhlásenie:

VYHLÁSENIE O ZHODE - ZHRNUTIE

kontinuálny merací systém

Servomex, Xventa 4100, výr. č. 4100 C1-400

Kurz Instruments, Inc., K-BAR 2000B-HT, výr. č. 1793 A1-A3

inštalovaný na spalinovode výroby kyseliny dusičnej KD-2 v prevádzke DUSLO a.s. Šaľa

vyhovel požiadavkám podľa európskej normy STN EN 14181

Neoddeliteľnou súčasťou inšpekčnej správy sú

- AST protokol zo skúšok kontinuálneho monitorovacieho systému č. 525/2018_S
- certifikáty o akreditovanej kalibrácii č. 128/2018/K a 129/2018/K zo dňa 11.01.2019.

Schválil

Ing. Ignáč Kožej

konateľ spoločnosti

podpis



Ing. Miloš Varga

inšpektor

podpis